

Số ~~19~~ /TM-BVM&DL
V/v mời chào giá trang thiết bị y tế

Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ tờ trình ngày 20/08/2024 của khoa Khám Bệnh- Cấp Cứu và quyết định số 175 /QĐ-BVM&DL ngày 09 / 09 /2024 của Giám đốc bệnh viện Mắt và Da liễu về việc phê duyệt đề xuất mua Bảng thử thị lực điện tử. Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua Bảng thử thị lực điện tử để đảm bảo đơn vị có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Võ Thị Giang : 0988244622
Nguyễn Văn Nhất : 0913139333
- Cách thức tiếp nhận báo giá :
- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận đấu thầu Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, Ngõ 144 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: todayhauhd@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 /09 /2024 đến 17h ngày 19/09/2024.

II Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

YÊU CẦU KỸ THUẬT	
BẢNG THỬ THỊ LỰC ĐIỆN TỬ	
I	Yêu cầu chung
	Nhóm BHYT theo thông tư 14/2020/TT-BYT (máy chính): Nhóm 6
	Năm sản xuất: Năm 2021 trở về sau, mới 100%
	Được sản xuất tại các nước công nghệ tiên tiến.
	Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	Môi trường làm việc: - Nhiệt độ tối đa đến $\geq 35^{\circ}\text{C}$

	- Độ âm tối đa đến $\geq 80\%$
	Có cam kết cung cấp: <ul style="list-style-type: none"> - Chứng nhận xuất xứ (CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại (bản gốc hoặc bản sao công chứng); - Chứng nhận chất lượng (CQ) do Hãng sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng); - Bản sao xoá giá Invoice, Packing list, tờ khai hải quan, có xác nhận của nhà cung cấp
II	Yêu cầu cấu hình
	Hệ thống bảng thông minh với độ phân giải Full HD 1920 x 1080; $\geq 16,7$ triệu màu 250cd/m ²
	Khoảng test rộng: 0.05 – 2.0
	Khoảng cách điều chỉnh từ $\leq 1\text{m}$ – $\geq 6.0\text{m}$
	Có thể giao tiếp với phoroptor qua cổng RS-232 hoặc bluetooth
	Cung cấp chương trình A hoặc B lên tới ≥ 40 bước
	Điều chỉnh lọc R/G: mở rộng phạm vi điều chỉnh R/G lên đến ≥ 95 bước cho phép người đo tối ưu màn hình phù hợp kiểm tra thị lực 2 mắt
	Có thể cài chạy hình video full HD
	Có thể tùy chỉnh cài đặt hình ảnh và slide theo ý muốn (lên tới ≥ 36 slide)
	Các bài kiểm tra loạn thị đa dạng: nhiều kiểu biểu đồ (≥ 6 kiểu)
	Bổ sung các biểu đồ loạn thị hình quạt và hình khối giúp cho các bài kiểm tra loạn thị có độ chính xác cao hơn.
	Chế độ đảo ngược cho bệnh nhân phẫu thuật Lasik và đục thủy tinh thể
	Biểu đồ kiểm tra ETDRS đa dạng: bổ sung các bảng chữ cái và các chữ số kiểu mới nên
	Lưới kiểm tra Amsler cho thoái hóa hoàng điểm
	Kiểm tra Maddox nâng cao: Có gắn đèn mục tiêu cho bài kiểm tra Maddox với ≥ 9 mức độ sáng
	Nhiều bảng kiểm tra sắc giác
III	Yêu cầu cấu hình
	Máy chính: 01 chiếc
	Điều khiển từ xa: 01 chiếc

	Bạt phủ bụi: 01 chiếc
	Dây điện: 01 chiếc
	Pin: 01 bộ
	Giá treo tường: 01 chiếc
IV	Yêu cầu tính năng kỹ thuật
	Khoảng cách thử: $\leq 1.2 \sim \geq 5.9\text{m}$ (mức tăng giảm giá trị 0,1m)
	Có các loại bảng thử sau: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn), bảng thử mù màu, bảng Amsler
	Số bảng chương trình: ≥ 39 bảng
	Cổng kết nối: RS-232, USB
	Cổng giao tiếp: có dây qua cổng RS-232 hoặc không dây qua bluetooth
	Loại màn hình: LCD $\geq 23''$ Full HD (1920 x 1080)
	Hệ điều hành Android ver $\geq 4.4.1$
	Lưu trữ dữ liệu bằng: Thẻ nhớ Micro SD ($\geq 8\text{G}$)
	Công suất loa: $\geq 1.5\text{W}$
	Định dạng video: AVI, MPEG, MP4, MKV
	Nguồn điện: AC220 - 240V, 50/60Hz
	Công suất tiêu thụ : $\leq 55\text{VA}$
	Kích thước: $\leq 585 \times 55 \times 423\text{mm}$, điều khiển từ xa: $\leq 65 \times 196 \times 20\text{mm}$
	Trọng lượng: máy chính: $\leq 6.1\text{kg}$; giá treo tường: $\leq 372\text{g}$, điều khiển: $\leq 162\text{g}$
V	Yêu cầu hậu mãi
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ
	Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/ nhà phân phối/ nhà cung cấp/ văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu trong vòng tối thiểu 5 năm.

2. Báo giá hợp lệ: Báo giá ghi rõ đơn vị ký và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi vận chuyển, giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bệnh viện.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng; Thanh toán theo từng lần nghiệm thu giao hàng.

6. Các thông tin khác: Quý công ty vui lòng gửi báo giá theo biểu mẫu gửi kèm thư mời này.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để đăng tải website SYT);
- CNTT (để đăng Website BV);
- Hệ thống đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, TĐT, KH, TCKT



VŨ VĂN KHOẠI





Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, chúng tôibáo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá(VNĐ) (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền
1											
...											
...											
...											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...tháng...năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

....., ngàythángnăm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)